

Til høringspart

Høring over vejledning om kvalitetskontrol af apparatur til gennemlysning og intervention

Sundhedsstyrelsen sender hermed forslag til vejledning om kvalitetskontrol af apparatur til gennemlysning og intervention i høring.

Høringsfristen er den 20. marts 2026.

Af bekendtgørelserne nr. 1384/2025 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse og nr. 1386/2025 om strålingsgeneratorer fremgår det, at der skal udføres modtage- og statuskontrol samt eftersyn på alle strålingsgeneratorer. Kontroller udføres ved medicinsk anvendelse for at sikre patientsikkerheden. Eftersyn udføres ved alle typer anvendelser mhp. at sikre både patient- og personalesikkerheden.

Vejledningen indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan bekendtgørelsernes mere overordnede krav kan overholdes for gennemlysningsapparatur. Den giver et overblik over anbefalinger til driftsbetingelser, hvilke kontroller der bør udføres og hvordan de udføres for at kunne dokumentere, at driftsbetingelserne er overholdt.

Send eventuelle bemærkninger

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til sis@sis.dk, Cc: sgst@sis.dk, senest den 20. marts 2026 og med henvisning til sagsnummer 02-0199-5.

Eventuelle spørgsmål om høringen kan stilles til Peter Frederiksen, pkfr@sis.dk.

Udkastet til vejledningen er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen. Derudover er udkastet sendt i høring hos de organisationer, myndigheder mv., der er anført på høringslisten.

Med venlig hilsen

Hanne Waltenburg
Sektionsleder

19. februar 2026

Sagsnr. 02-0199-5/
Sagsbehandler HWA_1

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Danmark

T +45 72 22 74 00
E ssst@sst.dk
www.sst.dk